

# Transzkután monitor

Megnevezés:

Transzkután mérési elven működő pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub> meghatározó készülék.  
1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

			Ajánlattevő paraméterei
<b>Forgalmazó</b>			
<b>Gyártó</b>			
<b>Típus</b>			
<b>Származási ország</b>			
Előírt paraméterek	Súlyszám	Minimumfeltételek	
A készülékkel mérni kívánt paraméterek: tcpCO <sub>2</sub> , tcpO <sub>2</sub> , power (fűtés teljesítmény)		Igen	
Széles tcpCO <sub>2</sub> , tcpO <sub>2</sub> mérési tartománnyal rendelkezzen (mmHg-ben kérjük megadni)	<b>S=20</b>	Kérjük megadni	
A bőrfelületre helyezett elektród fűtési hőmérséklete 38-44°C között állítható legyen		Igen, kérjük megadni	
A mért paraméterek kvantitatív és grafikus (trend-görbe) formában egyaránt és egyszerre megjeleníthetők legyenek		Igen	
A jó kiértékelhetőség érdekében nagy képátlójú színes képernyője legyen, min. 9"	<b>S=10</b>	Kérjük megadni	
A készülék rendelkezzen a felhasználó által állítható riasztási tartományokkal		Igen	
A maximális méréskész állapot érdekében a napi kalibrációs idő minél rövidebb legyen (Kalibrációk gyakorisága, hossza/nap)	<b>S=10</b>	Kérjük megadni	
A készülék könnyen hordozható legyen		Igen	
A készülék súlya ne legyen több 6kg-nál	<b>S=10</b>	Kérjük megadni	
Áramkimaradás esetére a készülék rendelkezzen beépített akkumulátorral		Igen	
A mérési adatok a készüléken tárolhatók (minimum 12óra), számítógépre átvihetők legyenek		Igen	

BÍRÁLATI SZEMPONTOK			
Széles tcpCO <sub>2</sub> , tcpO <sub>2</sub> mérési tartománnyal rendelkezzen (A -tól -ig határokat mmHg-ben kérjük megadni)	<b>S=20</b>	Kérjük megadni	
A jó kiértékelhetőség érdekében nagy képátlójú színes képernyője legyen	<b>S=10</b>	Kérjük megadni	
A maximális méréskész állapot érdekében a napi kalibrációs idő minél rövidebb legyen	<b>S=10</b>	Kérjük megadni	
A készülék súlya minél kisebb legyen	<b>S=10</b>	Kérjük megadni	