

## Urodinamiás rendszer

Mennyiség:	db
Megajánlott termék gyártói cikkszama:	
Megajánlott termék gyártói megnevezése:	
Gyártó:	
Származási ország:	
Hivatalos szervizpartner neve:	
Hivatalos szervizpartner címe:	
Hivatalos szervizpartner elérhetősége:	

Elvart paraméter	Minimum követelmény	Súlyszám	Megajánlott paraméter <sup>1</sup>
A berendezést a vizeléssel, vizelettartással kapcsolatos panaszok esetében használják, felnőtteknél és gyerekeknél	Igen		
A hólyagizomzat és a záróizomzat működését, azaz az izmok által kifejtett nyomás erősségét teszi mérhetővé	Igen		
Mérhető vele a hólyagban nyugalmi állapotban lévő majd a telítődése során kialakuló nyomás	Igen		
A nyomás változása jellegzetes görbét ad, amely lényeges információ az inkontinencia jellegének, a funkcionális zavar helyének meghatározásához	Igen		
A készülékkel elvégezhető mérések: min. uroflowmetria, cisztometria, opcionálisan: EMG, profilometria	Igen		
A készülék üzemeltetéséhez szükséges laptop és nyomtató biztosítása	Igen		
<b>Az egység összeállítása min.:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- műszerkocsi,</li> <li>- opcionálisan számítógépes összeállítás nyomtatóval,</li> <li>- mérőegység,</li> <li>- mérőrendszer,</li> <li>- gyűjtő edény,</li> <li>- mikciós szék,</li> <li>- mérő- elemzőszoftver</li> </ul>	Igen, kérjük megadni!		

<sup>1</sup> Kérjük az ajánlatban csatolt termékleírás / prospektus adott oldalszámát is feltüntetni, amely alapján az adatok helyessége ellenőrizhető!

- 4 görgős pumpa	Igen, kérjük megadni!	5 pont	
------------------	-----------------------	--------	--

Általános feltételek	Előírt követelmény	Megajánlott feltétel
előírt 12 hónapon felüli teljes körű többletjótállás	Igen, kérjük megadni!	
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása.	Igen	
Magyar nyelvű elektronikusan kereshető felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor	Igen	
Az orvostechnikai eszköznek rendelkeznie kell a megajánlott készülékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és a CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is	Igen	