

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159250-2018:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Szeged: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2018/S 072-159250**

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Szegedi Tudományegyetem
AK07122
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-kód: HU333

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.u-szeged.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.u-szeged.hu>

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <http://www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek>

További információ a következő címen szerezhető be másik cím:

Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda
Szentháromság u. 34. I. em. 16.

Szeged

6722

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó

Telefon: +36 62546481

E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu

Fax: +36 62545073

NUTS-kód: HU333

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.u-szeged.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.u-szeged.hu>

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda
Szentháromság u. 34. I. em. 16.
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62546481
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-kód: HU333

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.u-szeged.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.u-szeged.hu>

I.4) **Az ajánlatkérő típusa**

Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

I.5) **Fő tevékenység**

Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) **A beszerzés mennyisége**

II.1.1) **Elnevezés:**

Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt keretében
Hivatkozási szám: 17/Ny/2018/SZTE

II.1.2) **Fő CPV-kód**

38000000

II.1.3) **A szerződés típusa**

Árubeszerzés

II.1.4) **Rövid meghatározás:**

Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 17 részajánlati körben „Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00039) keretében.

Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetészerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.

II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: igen

Ajánlatok valamennyi részre

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Airflow fülke

Rész száma: 1

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38000000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Airflow fülke - Microbiological Safety Cabinet

Minimum műszaki előírások:

Uniform, lamináris légáramlást biztosító fülke, különös tekintettel a folyamatos légáramlás biztosítására a frontális síkban.

Légáramlási zavar esetén vizuális és akusztikus jelzés adása.

Jól látható digitális kijelző.

Energiatakarékos, üzemelés közben csendes (<52 dB), környezetbarát.

A laboratóriumunkban rendelkezésre álló hely miatt, a fülke szélessége (befoglaló méret) 110 cm-nél nem több, a munkafelülete kb. 90 cm.

Laminált üveglakka van, mely legalább 98 %-os UV-szűrő képességű és teljesen zárható.

Legalább 2 db H14 HEPA filterrel (0,3 um nagyságú részecske szűrővel) rendelkezik, a szűrők eltömítődését, elhasználódását jelzi a rendszer.

Az összes karbantartási munka előlről elvégezhető legyen.

A tálca (tray) része legyen és tisztításhoz darabokban kivehető legyen.

Tartalmazzon UV lámpát (germicid lámpa), amely kívülről kapcsolható.

Állítható magasságú lábazat.

TÜV-bizonyítvánnyal (Full EN12469-2000) rendelkezik.

A szerviz és éves bemérés 24 órán belüli kiszállással biztosított legyen. A helyszínre szállítást és a beüzemelést is tartalmazza az ár.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: nem
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Asztali laborcentrifuga készülék
Rész száma: 2
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
42931100
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet, 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
1 db Asztali laborcentrifuga készülék
Minimum műszaki előírások:
15 ml-es Falcon csövek centrifugálására alkalmas
Kilendülő rotoros, 4 perselyes. Perselyenként legalább 7 db 15 ml-es Falcon cső férjen el. Kilendülő rotor esetén a maximális RCF érje el a 3000 g-t.
Ventilált rendszerű.
Legalább 10 futási program tárolására alkalmas.
Legalább 10 gyorsítási és fékezési fokozattal rendelkezzen.
Automatikus kiegyensúlyozatlanság érzékelővel rendelkezzen.
Energiafogyasztás nem több mint 500 W.
A szerviz 24 órán belüli kiszállással biztosított legyen. A helyszínre szállítást és a beüzemelést is tartalmazza az ár.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 25

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

— 80 °C-os fagyasztó.

Rész száma: 3

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

39711123

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db -80 °C-os fagyasztó

Minimum műszaki előírások:

Álló, előrenyíló ajtóval ellátott -80 °C-os fagyasztó, működési hőmérséklet: -65 °C- tól -86 °C- ig.

— hasznos belső tér: 82 Liter,

— rozsdamentes belső tér,

— mikroprocesszoros vezérlés,

— beépített akkumulátor a kontroller és adatgyűjtő egységhez,

- beépített adatgyűjtő rendszer, USB interfész, Internet csatlakozási lehetőség,
- fali átmenet, külső hőmérséklet szerzor behelyezéséhez,
- akusztikus és vizuális vészjelzés: nyitott ajtó, hőmegfutás és áramszünet esetén, állítható alsó és felső vész hőmérsékleti érték meghatározása,
- külső távriasztáshoz csatlakozó és WiFi hálózatra kötési lehetőség,
- egy kompresszoros hűtési rendszer,
- zárható ajtó, CO₂ back-up csatlakozási lehetőség,
- rozsdamentes acél polc.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Fluoriméter (és assay tubes)

Rész száma: 4

- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
38000000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ 6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
1 db Fluoriméter (és assay tubes)
Minimum műszaki előírások:
Fluoriméter:
DNS, RNS és fehérje mennyiségi mérésre alkalmas;
Minta igény tartomány: 1-20 ul;
Eszköz méretei: 12-16 cm x 22-28 cm x 4-7 cm; Súly: 700-800 g; Dinamikus tartomány: 5 nagyságrendi lépték;
Feldolgozási idő: 5 másodperc/minta; Fényforrások: kék LED-es (max ~470 nm) Piros LED-es; (max ~635 nm);
Gerjesztési szűrők: kék 430-495 nm Vörös 600-645 nm.
Excitációs szűrők: zöld 510-580 nm Vörös 665-720 nm.
Detektorok: fotodiódák; mérés képesség 300-1,000 nm;
Kalibráció: 2 - vagy 3-pontos standard; Cső típusa: 0,5 ml Real Time PCR (polipropilen) cső; Felmelegedési idő: 30 másodperc; Qubit ® 2.0 USB meghajtó: 4 Gigabyte;
Assay tubes:
Qubit assay cső.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Fluoriméter

Rész száma: 5

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38000000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Fluoriméter

Minimum műszaki előírások:

DNS, RNS és fehérje mennyiségére alkalmas fluoriméter.

— minta igény tartomány: 1-20 ul,

— feldolgozási idő: < 5 mp/minta; fényforrások: kék LED (max ~470 nm), piros LED (max ~635 nm).

Gerjesztési szűrők: kék 430-495 nm, vörös: 600-645 nm, excitációs szűrők: zöld: 510-580 nm, vörös: 665-720 nm;

Detektorok: fotódiódák, mérés képesség: 300-1000 nm;

Kalibráció: 2- vagy 3-pontos standard, felmelegedési idő: max. 30 másodperc.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Géldokumentációs rendszer

Rész száma: 6

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38000000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ 6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Géldokumentációs rendszer

Minimum műszaki előírások:

Egy önálló munkaállomás, amelybe egyetlen all-in-one processzor van beágyazva. Nincs külső PC kapcsolatra szükség a rendszer további működéséhez.

A készülék nukleinsavak agaróz és poliakrilamid géleken történő elválasztása és UV fénnel gerjeszthető festékkel történő detektálása után a géleképek digitális formában történő, későbbi.

Analízisüket lehetővé tévő dokumentálására szolgál.

Alkalmos továbbá fehérjék poliakrilamid gélen történő egy vagy kétdimenziós elválasztása és festése után a fentiekkel megegyező célú dokumentálásra, illetve autoradiográfiás (vagy hasonló, pl. kemilumineszcenciás) filmek digitális formában történő dokumentálására.

— kamera: CCD, 6xZoom, motoros autofókusz,

— felbontás: 2 Megapixel,

— gerjesztés: 20x20 cm 302 nm UV transzilluminátor.

21x26 cm fehér fényű panel és fehér epi megvilágítás
— 6 helyes motorizált filter tartó 1 db 590 nm emissziós filterrel,
— képfórmátum: TIFF/JPEG/BMP,
— kezelőfelület: 8" TFT LCD érintő képernyő,
— portok: USB, Ethernet,
— méretek: 280-320x400-450x590-610 mm,
— súly: 25-35 kg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Hűthető laborcentrifuga készülék

Rész száma: 7

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

42931100

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Hűthető laborcentrifuga készülék

Minimum műszaki előírások:

Hűthető laborcentrifuga, szögrotoros.

— alapkivitelben legalább 24 férőhelyes, 1.5/2 ml-es mintacső centrifugálására képes rotorral,

— max. sebesség: min. 13,300 rpm,

— max RCF: min. 17 000 x g,

— mikroprocesszor vezérlés, digitális kijelzéssel, érintőgombos kezelőpanel,

— indukciós meghajtású motor (karbantartásmentes), Quick-run funkció,

— környezetbarát R134 a hűtőközeggel (freonmentes),

— az utolsó beállított értékek memóriában történő tárolása,

— elektronikusan záródó biztonsági rotortér ajtó,

— 24 x 1,5/2,0 ml-es mikroliter szögrotor, záró fedővel,

— autoklávozható rotor (1,1 bar nyomás mellett),

— haematokrit rotor választási lehetőség,

— hőmérséklettartomány: -9C-+40 C.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Inverz mikroszkóp készülék LED átesőfényű megvilágítással

Rész száma: 8

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38515200

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Farmakológiai Intézet, 6720 Szeged, Dóm tér 12.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Inverz mikroszkóp készülék LED átesőfényű megvilágítással

Minimum műszaki előírások:

Inverz mikroszkóp LED átesőfényű megvilágítással, LED fluoreszcens egységgel, valamint beépített Fly eye optikával.

— 10x okulárok, dioptria kiegyenlítővel, látómező 22 mm,

— 45°-ban döntött tubus, szemtávolság állítási lehetőség 48-75 mm között,

— fázis csúszka és modulok 10x és 40x objektívekhez,

— végtelenre korrigált optikai rendszer,

— minimum 4 férőhelyes objektív revolverfej,

— Objektívek:

Achromat 4x,

Plan Fluor 10x,min. W.D. 8.0 mm.

40x Super Plan Fluor hosszú munkatávolságú, min N.A. 0.55, W.D. 2.2 mm

— fókuszállítás: ipari standard szerint,

— LED fluor megvilágítás kék gerjesztéssel, hozzá tartozó szűrőkockával,

— Fluor kontrasztnövelő takaróegység fluoreszcens vizsgálathoz világos helyiségben,

— beépített tárgyasztal mozgatható tárgyvezetővel; mozgatási tartomány: 100(X) x 70(Y),

— univerzális tárgytartó (tárgylemez és petri-csészéhez).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Bővítési lehetőség pszeudo 3D kontrasztnövelő vizsgálati módszerrel (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Utólagosan bővíthető a vázba épített fluor LED rendszerekkel: 385nm és/vagy 455nm és/vagy 505nm és/vagy 560nm és/vagy 590nm és/vagy 625nm (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Bővíthető c- vagy F-menetes fotoporttal (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Legalább 45 mm-es parfokalitású, nagy fényáteresztésű, végtelenre korrigált objektívek (igen: 10 pont, nem: 0 pont) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Munkanapokban kifejezett időtartam: 40

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) További információk

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

20 °C-os fagyasztó

Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)

39711123

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

2 db -20 °C-os fagyasztó

Minimum műszaki előírások:

Álló, előrenyíló ajtóval ellátott - 20 °C-os fagyasztó, üzemeltetési hőmérséklet:-12- -25 C.

— hőmérséklet szabályzási pontosság: +/- 2,5 C,

— hasznos térfogat: min. 250 liter,

— külső méretei (Mag×Mély×Szél): 600 x 600 x 1900 mm,

— hálózati csatlakoztatás:230 V; 50 Hz,

— optikai és akusztikus riasztórendszer: alsó-felső hőmegfutas, nyitva felejtett ajtó és áramkimaradás esetén,

— légkeverés, automatikus jégmentesítő rendszer, elpárologtatóval,

— csatlakozó kimenet, külső riasztó rendszerhez,

— kulccsal zárható szinterezett tömör ajtó,

— FC-mentes habosított poliuretán szigetelés.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Mini centrifuga/vortex kombó készülék
Rész száma: 10

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

42931100

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Mini centrifuga/vortex kombó készülék

Minimum műszaki előírások:

'- szimultán minta mixelés és centrifugálási funkció.

— centrifuga és vortex funkció közös modulon,

— rotor sebesség: 2800 v. 3500 rpm,

— max. RCF 450 v 700 g,

— min. 12 × 1.5 ml centrifugacső vagy. 12 × 0.5 ml és 12 × 0.2 ml centrifugacső egyidejű befogadása.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Nukleinsav fragment analízátor készülék
Rész száma: 11

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38000000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ 6725 Szeged, Korányi fasor
14-15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Nukleinsav fragment analízátor készülék

Minimum műszaki előírások:

A készülék részei: alapműszer, processzáló modullal szoftverrel; A működtetéshez WIN7 Pro EN (kizárólag angol nyelvű verzió) operációs rendszerrel és Office szoftverrel ellátott processzáló modul szükséges, melyet az ajánlat tartalmaz a készülék részeként.; Processzáló szoftver: TapeStation Analysis software; Detektálás: beépített CCD kamera; Mérési idő: 2 perc/minta értékeléssel együtt; Mintatérfogat: 1-2 µL DNS és RNS; Egyszerre, egyfutásban indítható minták száma: minimum: 1, maximum: 96; Applikációk: beépített gyári protokollok; Gyári kitek: D1000, High sensitivity D1000, D5000, High sensitivity D5000, genomic DNA, RNA, High sensitivity RNA (a készülék kizárólag gyári kitekkel működik) - 112minta/kit.; Mintakezelés: konsekutív, egyenkénti; Futtatás: parallel; Eredmény megjelenítés: gélkép, származtatott elektroferogram, táblázat; súly: 23-28 kg; méret: szé 40-45 cm x mé 48-52 cm x ma 42-46 cm (alapkészülék, laptop nélkül); Szakmai jellemzők: Egyszerhasználatos kártyás Screen-Tape rendszerű gyári kitekkel működő automatikus kapilláris gélelektroforézis rendszer, komplett adatgyűjtő, feldolgozó és archiváló szoftverrel. Alkalmas DNS és RNS minták méret szerinti elválasztására, kvalitatív és kvantitatív meghatározására. A beépített RINE funkció az RNS minták, a beépített DIN funkció pedig DNS minták automatikus minősítését teszi lehetővé.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

PCR munkaállomás

Rész száma: 12

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

39181000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db PCR munkaállomás

Minimum műszaki előírások:

'- ózon mentes UV decontamináció.

— beépített baktericid tartós UV lámpák (átl. 8000 óra), radiáció típusa: UV (253.7 nm), ózon-mentes,

— automata UV-lámpa lekapcsolás a munkaajtó kinyitása esetén,

— digitális időzítő 0-24 óra/non-stop,

— fénycső megvilágítás,

— munkaállomáson belüli konnektor csatlakoztatási lehetőség.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Thermal cycler 1. készülék

Rész száma: 13

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38950000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Thermal cycler készülék

Minimum műszaki előírások:

'- gradiens blokk, amely alkalmas 96x0,2 ml PCR cső, vagy 8x12 PCR lemez, vagy 71x0,5 ml PCR cső befogadására.

— automatikus tető magasság állítás,

- grádiens tartomány: 1-20 C,
- fűtési sebesség: 3 C,
- hűtési sebesség: 2 C,
- a blokk homogenitása (20-70 C között) kisebb mint 0,3 C,
- a készülék alkalmas további két készülék vezérlésére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Thermal cycler 2. készülék

Rész száma: 14

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38950000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Thermal cycler készülék

Minimum műszaki előírások:

Három függetlenül kontrollálható, különálló hőmérsékleti zónás blokk.

— minta hőmérsékleti tartomány: +4 - +99.9 °C,

— 0.2 mL csöveket befogadó blokk, legalább 32 mintahellyel,

— max. blokk ramp rate: 6.0° C/sec,

— max minta ramp rate: 4.4° C/sec,

— hőmérsékleti pontosság: ±0.25 °C (35 °C - 99.9 °C),

— hőmérsékleti tartomány: 4°C - 99.9°C,

— hőmérséklet uniformitás: <0.5 °C,

— cserélhető blokk opció.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

— 86 °C-os fagyasztó.

Rész száma: 15

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

39711123

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Farmakológiai Intézet 6720 Szeged, Dóm tér 12.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db - 86 °C-os fagyasztó

Minimum műszaki előírások:

Kivitel: álló.

Külső ajtó: hőszigetelt, kulccsal zárható.

Belső ajtó: minimum 2, maximum 4 db hőszigetelt ajtó.

Polcok: 3 db, rozsdamentes acél.

Rakodási szintek: négy rekesz.

Belső felület: korrózió védelmmel ellátott acél.

Készülék külső kivitele: festett acél.

Hasznos belső térfogat: min 520 liter, max. 550 liter.

Külső méret (szél x mély x mag): maximum 790 x 960 x 1990 mm.

Validálási nyílás megléte.

Kompresszor teljesítménye: max. 760 W / kompresszor.

Hőmérséklet szabályozási tartomány: -50C és -86C között.

Hangterhelés: maximum 56 dB (A).

Kijelző: LED kijelző.

Szigetelés: PUF (polyuretán foam) és VIP Plus.

Hűtőgáz: környezetbarát hűtőgáz.

Vezérlőpanel kezelőszervei: nyomógombos adatbevitel vagy érintőképernyős kezelőpanel.

Megjelenítő panel egyidejű jelzései: beállított hőmérséklet és aktív riasztások.

Figyelmeztető jelzések: abnormális környezeti hőmérséklet, alacsony hálózati feszültség, hőmérséklet határértékek túllépése, hálózati feszültség kimaradás, nyitott ajtó jelzés, akkumulátor állapota, hőmérséklet érzékelők funkció ellenőrzése, ventilátorok működőképessége.

Figyelmeztetés módja: fény és hangjelzés.

Tárolási kapacitás: minimum 350 db 2" 133x133 cm-es doboz.

Felszereltség: rozsdamentes rekeszekkel legalább 250 db 2" 133x133 cm-es doboz elhelyezésére.

Napi energiafelhasználás: maximum 10,0 kWh.

A készülék külső-belső térfogat arány: maximum 2,9.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Energiatakarékos fogyasztás (napi energiefelhasználás kWh megadva egy tizedesjegy pontossággal; maximum 10,0 kWh, 9,5 kWh vagy kedvezőbb megajánlás a maximum pontot kapja) / Súlyszám: 20

Minőségi kritérium - Név: A készülék külső-belső térfogat arány (egy tizedesjegy pontossággal; maximum 2,9, 2,4 vagy kedvezőbb megajánlás a maximum pontot kapja) - fordított arányosítás) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 30

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Laboratóriumi víztisztító eszköz

Rész száma: 16

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38000000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ, 6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Laboratóriumi víztisztító eszköz

Minimum műszaki előírások:

Ultratisztaságú ASTM Type I. típusú víz HPLC, ICP, TOC vizsgálatokhoz és molekuláris biológiai, mikrobiológiai alkalmazásokhoz, pufferek készítéséhez.

Könnyű kezelhetőség.

Mikroprocesszoros vezérlés.

IQ OQ minősítés lehetősége.

Helytakarékos.

Speciális hőmérséklet-kompenzált vezetőképesség mérőcella.

UV sterilizáló lámpával (185/254 nm) ellátva.

Alacsony energiafogyasztás.

Napi max. ajánlott fogyasztás 200 literig.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 20

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Kariotipizáló és FISH fluoreszcens mikroszkóp rendszer
Rész száma: 17

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

38515200

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU333

A teljesítés fő helyszíne:

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1 db Kariotipizáló és FISH fluoreszcens mikroszkóp rendszer

Monitorizált fluoreszcens mikroszkóp rendszer kariotipizáláshoz és FISH képalkotáshoz, mely az SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet Citogenetikai Laboratóriumában eddig meglévő kariotipizáló és FISH képalkotó rendszerrel, software-rel (CytoVision - Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH) kompatibilis és azzal hálózatba köthető. Az adott munkaállomáson felvett eset legyen elérhető a további munkaállomásokon. Bármely munkaállomáson készült korábbi vagy új eset legyen megnyitható, kiértékelhető az új vagy a meglévő munkaállomások bármely egységén.

A rendszer tartalmaz egy felső állású mikroszkópot, kamerát, hozzátartozó PC+software-t és egy külön mikroszkóp nélküli kariotipizáló és FISH review munkaállomást.

Minimum műszaki előírások:

MIKROSKÓP:

— Hálózaton keresztül kapcsolódik a meglévő mikroszkópos munkaállomáshoz, illetve az új mikroszkóp nélküli munkaállomáshoz és lehetőséget biztosít ezen munkaállomásokon készített eseteket megnyitni, elemezni (Kariotipizálás, FISH elemzés),

— Automata felsőállású mikroszkópváz,

— Konstans színhőmérsékletű integrált LED,

— Automata kondenzor toplencsével,

— 7 férőhelyes kódolt objektívrevolver,

— Objektívek: 20x Plan Fluotar, 63x Plan Apo 1,4 NA olaj immerziós, 100x Plan Apo 1,4 NA olaj immerziós,

— Fluoreszcens bevetítő egység 8 férőhelyes motorizált fluoreszcens szűrőtárcsával,

— Fluoreszcens fényforrás - Metal halide, 120W, 2000h élettartam,

— Fluoreszcens szűrők: DAPI, SAQUA, SGREEN, SORANGE,

— A mikroszkóp motoros funkcióinak vezérlése a meglévő CytoVision szoftverrel.

KAMERA:

— CCD felbontás: 1392x1040,

— CCD chip méret: 2/3",

— Pixel méret: 6.45µm x 6.45µm,

— Aktív terület: 8.9mm x 6.6mm,

— Interface: CamLink.

PC+SOFTWARE: a mikroszkóppal és kamerával kompatibilis és a rendszerek vezérlésére alkalmas munkaállomás.

- A szoftver lehetővé tegye a jó minőségű FISH képbevitelt, akár 16 színcsatornával,
- A képek ismert képformátumba történő mentése, publikáció vagy adatmegosztás céljából (JPEG, TIF),
- Automatizált kariotipizálás beépített humán osztályozókkal, többféle sávozású kromoszómákkal,
- Kromoszóma-elemző eszköztár, amelyben van kromoszóma-számozás, többsejtű (multicell) kromoszóma analízis, kromoszóma számolás és labmanager/director nézet.

Az új rendszer legyen kompatibilis és hálózatra köthető a meglévő CytoVision rendszerrel, adott munkaállomáson felvett eset legyen elérhető további munkaállomásokon.

Mikroszkóp nélküli Karyo-Fish munkaállomás:

Hálózaton keresztül kapcsolódik a meglévő mikroszkópos munkaállomáshoz, illetve az új mikroszkópos munkaállomáshoz és lehetőséget biztosít ezen munkaállomásokon készített eseteket megnyitni, azokat a mikroszkópos rendszerektől elszeparált helyen elemezni (Kariotipizálás, FISH elemzés).

Legalább egy év garancia biztosított. A szerviz 24 órán belüli kiszállással biztosított legyen. A helyszínrre szállítást és a beüzemelést is tartalmazza az ár.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 40

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00039

II.2.14) További információk

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi rész esetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód valamennyi rész esetében:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelően nyújtandó be.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu>.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szerződés tárgyát,
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
- a szállítás mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét,
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projektársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projektársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben szerződésszerűen teljesített.

- 1. rész tekintetében legalább nettó 1 millió forint értékben, airflow fülke értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 2. rész tekintetében legalább nettó 400 ezer forint értékben, asztali laborcentrifuga készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal,
- 3. rész tekintetében legalább nettó 700 ezer forint értékben, legalább -80 °C-os fagyasztó értékesítésére vonatkozó referenciával,
- 4. rész tekintetében legalább nettó 300 ezer forint értékben, DNS, RNS és fehérje mennyiségi mérésére alkalmas fluoriméter értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 5. rész tekintetében legalább nettó 300 ezer forint értékben, DNS, RNS és fehérje mennyiségi mérésére alkalmas fluoriméter értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 6. rész tekintetében legalább nettó 1 millió forint értékben, géldokumentációs rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 7. rész tekintetében legalább nettó 600 ezer forint értékben, hűthető laborcentrifuga készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 8. rész tekintetében legalább nettó 1,5 millió forint értékben, inverz mikroszkóp készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 9. rész tekintetében legalább 1 db, legalább -20 °C-os fagyasztó értékesítésére vonatkozó referenciával,
- 10. rész tekintetében legalább nettó 50 ezer forint értékben, mini centrifuga készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 11. rész tekintetében legalább nettó 6 millió forint értékben, nukleinsav fragment analízátor készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
- 12. rész tekintetében legalább nettó 400 ezer forint értékben, PCR munkaállomás értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,

- 13. rész tekintetében legalább nettó 1 millió forint értékben, thermal cycler készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
 - 14. rész tekintetében legalább nettó 1 millió forint értékben, thermal cycler készülék értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
 - 15. rész tekintetében legalább nettó 1,5 millió forint értékben, legalább -86 °C-os fagyasztó értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
 - 16. rész tekintetében legalább nettó 100 ezer forint értékben, víztisztító eszköz értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
 - 17. rész tekintetében legalább nettó 10 millió forint értékben, kariotypizáló és FISH fluoreszcens mikroszkóp rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
- Az M/1. alkalmassági feltétel az 1-9. és 11-17. részajánlati körök tekintetében több referenciával is igazolható. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5) **Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**

III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

Valamennyi rész esetében:

Késedelmi kötbér: a nettó szerződéses ár 1,5 %-a naponta, legfeljebb a teljes nettó ellenérték 15 %-a.

Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítésig (kijavítás, kicserélés) az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kötbérre jogosult Megrendelő.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 30 %-a.

Az érvényesített kötbérek összesen nem haladhatják meg a teljes nettó vételár 30 %-át.

Jótállási idő: a szállítást követő minimum 12 hónap.

GINOP forrás, a támogatási intenzitás 100 %.

Devizanem: HUF.

Utófinanszírozás. Előleg és részszámlázási lehetőség nem biztosított.

Megrendelői teljesítés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint átutalással. Irányadóak a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) **A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) **Meghatározás**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

IV.1.4) **A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ**

IV.1.6) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) **Adminisztratív információk**

IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

IV.2.2) **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

- 6) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja tekintetében rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
- 7) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre is.
- 8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza egyik rész esetében sem.
- 9) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064
- 10) Az ajánlatot és mellékleteit írásban, 1 db papír alapú pld-ban és 1 db arról készült másolatban elektronikus, jelszó nélkül olvasható adathordozón (CD/DVD), nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani zárt csomagolásban. Amennyiben az Ajánlat elektronikus változata és a papír alapú eredeti pld között eltérés van, vagy az elektronikus változat valamely tartalma nem olvasható, úgy az AK a papír alapú eredeti pld-t tekinti irányadónak.
- 11) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt egy rész tekintetében sem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

11/04/2018