



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Beszerezési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás I

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 17/NY/2018/SZTE számú **Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt keretében** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

A felhívás II.2.4.) A közbeszerzés ismertetése/ 1 db Nukleinsav analizátor/Minimum műszaki előírások szerint:

1. *A működtetéshez WIN7 Pro EN (kizárólag angol nyelvű verzió) operációs rendszerrel és Office szoftverrel ellátott processzáló modul szükséges, melyet az ajánlat tartalmaz a készülék részeként.*

Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogadja-e az alábbi készüléket? A működtetéshez Windows operációs rendszerrel ellátott processzáló modul szükséges, melyet az ajánlat tartalmaz a készülék részeként.

Válasz: Az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelő eszköz vagy azzal egyenértékű megajánlás fogadható el.

2. *Gyári kitek: D1000, High Sensitivity D1000, D5000, High Sensitivity D5000, genomic DNA, RNA, High Sensitivity RNA (a készülék kizárólag gyári kitekkel működik) – 112 minta/kit*

Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogadja-e az alábbi készüléket? Gyári kitek/applikációk: D1000, D5000, High Sensitivity D1000, High Sensitivity D5000, genomic DNA, RNA, High Sensitivity RNA (a készülék kizárólag gyári kitekkel működik) – 105, vagy. 112 minta/kit (applikációtól függően)

Válasz: Az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelő eszköz vagy azzal egyenértékű megajánlás fogadható el.

3. *A beépített RINe funkció az RNS minták, a beépített DIN funkció pedig DNS minták automatikus minősítését teszi lehetővé.*

Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogadja-e az alábbi készüléket? A beépített RINe funkció az RNS minták, a beépített DIN funkció (genomic DNA assay esetén) pedig DNS minták automatikus minősítését teszi lehetővé.

Válasz: Az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelő eszköz vagy azzal egyenértékű megajánlás fogadható el.

Szeged, 2018. május 02.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő megbízásából eljárva

Dr. Hegyes Péter
ügyvezető
KÖKI-Innováció Kft.

DR. HEGYES PÉTER
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00064