

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 19/NY/2018/SZTE számú Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00040 sz. projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

1. rész tekintetében

1. kérdés

Az 1. rész műszaki leírásában az áll:

„alkalmas legyen min. 200 db 2”, 133 cm x 133 cm dobozok tárolására”

Kérem erősítsék meg, hogy az ajánlatkérő „200 db 2”, 133 mm x 133 mm” méretű dobozra gondolt

Válasz: Ajánlatkérő megerősíti. A felhívás és a műszaki leírás elírást tartalmaz, amely módosítás keretében javításra kerül.

7. rész tekintetében

2. kérdés

7.rész, 1 db elektroforézis rendszer: A tripla széles mini-blottoló készülék szakmai jellemzőiben az alábbi mondat szerepel: „Egyszerre blottolható akár az összes elektroforézis készülékkel megfuttatott 204 minta.” Ezt úgy értik, hogy egyszerre blottolható akár 204 minta, melyet az előző pontban megajánlani kívánt vertikális elektroforézis készülékkel futtattak meg?

Válasz: Tripla széles elektroforézis caster/futtatókád alatt a min. 3×10 zseb szélességű eszközt értjük. Amire szükség van az egy dual tripla gélöntő/futtató- (azaz egyidejűleg 2 tripla - 30-34 zsebes - gél öntésére/futtatására alkalmas) rendszer, amihez tartozik egy ugyanolyan szélességű blottoló kád is, amiben egyszerre 2 gél blottolható át membránra. Ajánlatkérő módosítás keretében pontosítja/egyértelműsíti a feltételt.

3. kérdés:

A kérdés erre a specifikációra vonatkozik: 2db 1mm vastag 34 zsebes fésű távtartóval és tömítéssel. A 31 zsebes fésűk multichannel pipettával való kompatibilitást is biztosítanak, így minimális kapacitásbeli eltérés mellett jelentős előnnyel rendelkeznek egy 34 zsebes, nem multichannel kompatibilis fésűvel szemben. Kérjük megerősíteni, hogy olyan csomag is megajánlható, amelyben 31 zsebes fésűk találhatók!

Válasz: Ajánlatkérő illetékes kutatócsoportja számára a multichannel kompatibilitás nem jelent előnyt, azonban a 34 zsebes fésű előnyt élvez a 31 zsebessel szemben, mivel minden esetben dolgozunk page rulerrel és pozitív kontrollal, így marad 30 mintának is biztosan hely egy futtatás alkalmával.

4. kérdés

Az ajánlati felhívás szerint:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben szerződészerűen teljesített

-a 7. rész tekintetében legalább nettó 400 ezer Ft értékű elektroforézis rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal;

DR. HEGYES PÉTER
Felsőfokú akkreditált
közbeszerzési szakértő
Lajstromszám: 00064

-a 17. rész tekintetében legalább nettó 750 ezer értékű elektroforézis rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal;

Mivel a két megjelölt referencia tárgya azonos, amennyiben mindkét rész tekintetében szeretnénk ajánlatot tenni elegendő a nagyobb értékű referencia érték bemutatása/igazolása?

Válasz: Igen.

11. rész tekintetében

5. kérdés

Az elektroforézis eszköz műszaki paramétereiben az szerepel, hogy a készülék maximum 102 minta futtatására legyen alkalmas. Az általunk ajánlani kívánt dupla széles elektroforézis készülék minden paraméterében megfelel a kiírásnak, viszont egy alkalommal összesen maximum 70 minta (2 gélen 35-35 minta) futtatható benne. Megajánlható ez a készülék? Ha igen, akkor természetesen a dupla széles mini blottoló készülék szakmai jellemzői között szereplő 102 minta blottolása helyett is 70 minta blottolását tudjuk biztosítani. Kérem ezen specifikáció elfogadását is.

Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a fenti műszaki paramétert, amely módosítás keretében átvezetésre kerül.

6. kérdés

A harmadik pontban szereplő vertikális elektroforézis készülék műszaki paraméterei között a gél lemez mérete 10 x 8 cm-ben lett megadva, viszont a 3.5-ös üveglap alkatrész, mely ezen készülék tartozéka, 10 x 10,5 cm méretű. Jól értelmezem-e a kiírást- az általunk ajánlani tudott készülék alapján - , miszerint az elektroforézis készülék 10 x 10,5 cm-es üveglapokat képes befogadni, illetve megfelelő tartozékokkal képes kezelni a 10 x 8 cm üveglapokat is?

Válasz: A harmadik pontban szereplő vertikális elektroforézis készülék alkalmas mind 10X10,5 cm, mind pedig 10X8 cm méretű gélek futtatására a hozzá használható alsó puffer kamra függvényében. Ezen alapkészülék esetén kérjük megajánlani a 10X10,5 cm gél lemez futtatására alkalmas elektroforézis rendszert, a 3.1-es puffer kamra alkatrész esetén pedig azt a tartozékot, mely képes a 10 x 8 cm-es gélek befogadására és futtatására.

12. rész tekintetében

7. kérdés

A műszaki leírásban többek között az alábbi követelmény szerepel:

„Polcok: 4 db”

Kérdésünk: 3 db polccal négy rakodási szintet lehet kialakítani, így lehet a készülék belső térfogatát rackekkel, dobozokkal optimálisan kihasználni, valamint csak így lehet a teret azonos méretű belső ajtókkal elválasztani. Elfogadható-e a 3 db polccal, de négy rakodási szinttel megajánlott készülék, esetleg Ajánlatkérő eleve erre a megoldásra gondolt?

Válasz:

Válasz: Az ajánlati felhívásnak és a műszaki leírásnak megfelelő vagy azzal egyenértékű megajánlás fogadható el.

DR. HEGYES PÉTER
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00064

17. rész tekintetében

8. kérdés

17. rész, 1 db elektroforézis rendszer Western blot kísérletek kivitelezéséhez: A vertikális elektroforézis eszköz tartozékai között nincsen specifikálva a 10 zsebes fésű és a távtartó vastagsága. Elfogadnak 1mm vastagságú fésűt és távtartót?

Válasz: Az alap rendszerhez mely ebben a leírásban szerepel "Vertikális elektroforézis eszköz, amely alkalmas 1 vagy 2 darab, maximum 10x8 cm gélek futtatására. Az eszköz minimum az alábbi részekből áll: alsó és felső puffer kamra, biztonsági fedél, üveg (10 darab) és alumínium (5 darab) lapok, rugós szorítók (4 darab), 10 zsebes fésű (2 darab), távtartó (4 darab) és a gélöntéshez szükséges kiegészítő eszköztartozékok" - az 1 mm-es elfogadható a fésű és távtartó esetén.

9. kérdés

Az ajánlati felhívás szerint:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben szerződésszerűen teljesített

-a 7. rész tekintetében legalább nettó 400 ezer Ft értékű elektroforézis rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal;

-a 17. rész tekintetében legalább nettó 750 ezer értékű elektroforézis rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal;

Mivel a két megjelölt referencia tárgya azonos, amennyiben mindkét rész tekintetében szeretnénk ajánlatot tenni elegendő a nagyobb értékű referencia érték bemutatása/igazolása?

Válasz: Igen.

Szeged, 2018. május 14.

Tisztelettel:

DR. HEGYES PÉTER
Felelős akkreditált
Közbeszerzési szakértő
Lajstromszám: 00064



Ajánlatkérő megbízásából eljárva

Dr. Hegyes Péter
ügyvezető
KÖKI-Innováció Kft.