



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Beszermzési Igazgatóság

Közbemermzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 5.

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem **19/NY/2018/SZTE** számú **Eszközbemermzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00040 sz. projekt keretében** tárgyú közbemermzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

**2. rész tekintetében
1 db felültöltős autokláv**

1. kérdés

Tekintettel arra, hogy piackutatásunk szerint a kiírást maradéktalanul csak egyetlen (kizárólagos képviselettel rendelkező) gyártó terméke teljesíti, a verseny biztosítása érdekében elfogadja-e Ajánlatkérő az alábbiakat?

- 3 rozsdamentes acélkosár helyett elfogadható-e 2 kosár?
- Szárító funkció: elfogadható-e készülék-e funkció nélkül?
- Szállítási idő: 20 munkanap helyett tekintettel arra, hogy nem raktártermékről van szó lehet-e 45 munkanap a szállítás?

Válasz:

- elegendő, 2 rozsdamentes acélkosár erre vonatkozó előírást ajánlatkérő módosítás keretében átvezeti;
- nem;
- ajánlatkérő a szállítási határidőn nem szándékozik változtatni.

**12. rész tekintetében
1 db -80°C ultramélyhűtő**

2. kérdés:

A műszaki leírásban az alábbi követelmények szerepelnek:

- „- Tárolási kapacitás: min. 40.000 db 2 ml kriocső részére”
- „- Tartalmaz: min. 30 db UR0068ALU rekeszt és min. 600 dobozt (2 ml kriocső részére)”

Az UR0068ALU azonosító egy bizonyos gyártó adott típusú termékére utal. Ez meghatározza a rekesz anyagát és tárolókapacitását, ráadásul ez a típus nem kompatibilis az általunk megajánlani kívánt berendezéssel.

A „30 db UR0068ALU rekesz és min. 600 doboz” követelmény 9x9 osztású dobozok esetén 48 600 2 ml kriocső tárolását írja elő, mely magasabb érték mint a 40.000 db 2 ml kriocső követelmény. Melyik követelményt kell minimális követelményként tekinteni?

Válasz: Minimális követelmény a rekeszek és min 600 doboz, hiszen ömlesztve nem tud ajánlatkérő kriocsöveket tárolni, és azokhoz időnként hozzáférni.

3. kérdés:

Megajánlható-e olyan rozsdamentes acélból készült tárolórekesz, mely 24 db 9x9 osztású doboz tárolására alkalmas, így helyezhető el optimálisan az általunk megajánlani kívánt fagyasztóban?

Válasz: Igen, amennyiben a min 600-as dobozszám teljesül.

14. rész tekintetében

8 db állattartó ketrec rozsdamentes aktivitás kerékkel kísérleti patkány számára

4. kérdés:

Szükség van-e az aktivitás kerékhez kapcsolható LCD kijelzős számlálóra?

Válasz: Nem.

18. rész tekintetében

1 db Rezgésmentes asztal Faraday kalitkával és csendes kompresszorral

5. kérdés:

Kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy milyen paraméterei kell teljesíteni a berendezésnek ahhoz, hogy teljesüljön az alábbi követelmény: "Patch-clamp műszeregyüttes elhelyezésre speciálisan fejlesztve"

Válasz: Az asztal alkalmas patch-clamp műszeregyüttes üzemeltetésére is, semmi más plusz feltételt ez nem jelent.

6. kérdés:

Jól gondoljuk, hogy a "A nyomáshatár ameddig rezgésmentesít: max 7 bar" követelmény erre a speciálisan kialakított Patch-clamp műszeregyüttes-tartóra vonatkozik?

Válasz: Az asztallap által fogadott nyomásra vonatkozik, vagyis ez az a nyomásérték amelyet a rezgésmentes asztal ki tud egyenlíteni amikor ráhelyezik a patch-clamp készülékegyüttes relatíve nagy méretű és tekintélyes súlyú mikroszkópját.

21. rész tekintetében

1 db Nagyállat mérőrendszer

7. kérdés:

Megfelelő e 5F vagy 6F vastagságú mérő katéter (effektív hossz 122 cm), ezek paraméterei minden egyébben meggyeznek az Ajánlatkérő által megjelölt követelményekkel? Egyenes vagy görbe végű (pigtail) katéterekre lenne szükségük?

Válasz: Ajánlatkérő számára megfelelő az 5F, 6F és 7F vastagság (ez módosítás keretében rögzítésre kerül), a 122 cm hossz pedig megfelel az előírt max. 125 cm-nek.. Görbe végű (pigtail) katéterre van szükségü.

25. rész tekintetében
1 db Felültöltős autokláv 48 literes

8. kérdés:

Tekintettel arra, hogy piackutatásunk szerint a kiírást maradéktalanul csak egyetlen (kizárólagos képvisellel rendelkező) gyártó terméke teljesíti, a verseny biztosítása érdekében elfogadja-e Ajánlatkérő az alábbiakat?

- 48 l helyett elfogadnak 63 l-eset is?
- 3 db rozsdamentes acélkosár helyett elegendő-e 2 kosarat ajánlani?
- 420-470x540-580x1000-1070 mm helyett elfogadnak-e 530x1070x705 mm-t (szélesség x magasság x mélység)?
- Nettó tömeg: 67 kg helyett 130 kg?

Szállítási idő: 20 munkanap helyett tekintettel arra, hogy nem raktártermékről van szó lehet-e 45 munkanap a szállítás?

Válasz: Ajánlatkérő számára az alapvető fontosságú paraméter, hogy az autokláv a minimum műszaki követelményeknek megfelelően minimum 48 literes legyen. Két acélkosár elfogadható, illetve a kérdésben jelölt egyéb paraméter eltérések sem jelentősek, így ajánlatkérő ennek megfelelően pontosítja a műszaki leírást. A szállítási határidőn ajánlatkérő nem kíván módosítani.

Szeged, 2018. június 01.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő megbízásából eljárva

Dr. Hegyes Péter
ügyvezető
KÖKI-Innováció Kft.