



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS  
**SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM**

*Beszerzési Igazgatóság  
Közbiztosítási Iroda*

**Tárgy:** kiegészítő tájékoztatás 1.

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem **19/NY/2018/SZTE** számú **Eszközbiztosítás a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00040 sz. projekt keretében** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

**2. részajánlati kör: 1 db 48 literes felültöltős autokláv**

1. A műszaki leírásban az alábbi követelmény szerepel:

- Szárítási funkció: min. félautomata

Mit értenek félautomata szárítási funkció alatt? Kérjük a specifikáció részletesebb kifejtését!

**Válasz:** legalább félautomata üzemmódban (nem gyárilag beprogramozott módon) be lehessen állítani a szárítási opciót, esetleg annak idejét.

**5. részajánlati kör: Haemosys készülék**

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell -e a mérő erősítőket és a hozzájuk való szenzorokat is, vagy csak a szoftvert?

**Válasz:** Erősítő és szenzor is szükséges az árajánlatba.

3. Milyen fajta állaton, állatokon zajlik majd a mérés, mérések?

**Válasz:** Patkány és egér modelleken.

4. Altatott állatokon zajlik majd a mérés?

**Válasz:** Igen.

5. A véráramlás mérés milyen éren zajlana?

**Válasz:** Carotis artérián.

6. A szegmentális kontraktilitás mérőnek hány csatornásnak kell lennie?

**Válasz:** 1 csatornás, de nem létszükséglet.

**8. részajánlati kör: 1 db CO<sub>2</sub> inkubátor készülék**

7. A műszaki leírásban az alábbi követelmény szerepel:

- Direkt levegőbefűtés és fűtés

Kérdésünk, mit értenek direkt levegőbefűtés alatt? Kérjük a specifikáció részletesebb kifejtését

**Válasz:** Direkt levegőbefúvás alatt a belső levegő megfelelő, ventilátor általi folyamatos keringetését értjük. A levegő keringetés ajtónyitáskor leáll, majd a becsukódását követően a beállított paraméterek helyreállítását

- LCD érintőképernyő

Kérdésünk, hogy az érintőképernyővel kapcsolatban milyen követelmények vannak (pl.: színes, grafikus, egyidejű információk kijelzése, kesztyűvel való kezelhetőség stb.)?

**Válasz:** Az érintőképernyő színes kijelző legyen. Alapállapotában jelezze ki az aktuális hőmérsékleti és CO<sub>2</sub> koncentráció beállítását. Ezen felül kesztyűvel is kezelhető a kijelző. Legyen lehetőség a hőmérsékleti- és CO<sub>2</sub> paraméterek változásának lekövetésére a megfelelő menüpontban, illetve ezen adatok USB porton keresztüli importálására. Ajánlatkérő az erre vonatkozó előírással kiegészíti a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötetét.

## **12. részajánlati kör: 1 db -80°C ultramélyhűtő**

8. A műszaki leírásban az alábbi követelmények szerepel:

- Belső: 304 rozsdamentes acél

Elfogadható-e kopásálló, festett, galvanizált acél felület, mely korrózióvédelem szempontjából egyenértékű a rozsdamentes acéllal?

**Válasz:** Egyenértékű megajánlás a felhívásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően elfogadható. Az egyenértékűség bizonyítása szükség esetén ajánlattevő kötelessége.

- Hűtőközeg: környezetbarát (GREEN), EN60335-2-24

Ismereteink szerint az EN60335-2-24 szabvány nem laboratóriumi fagyasztókészülékekre vonatkozik. Elfogadható-e CFC-mentes, környezetbarát hűtőközeg?

**Válasz:** Egyenértékű megajánlás a felhívásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően elfogadható. Az egyenértékűség bizonyítása szükség esetén ajánlattevő kötelessége.

- Fogyasztás: alacsony

Kérdésünk, hogy mit értenek alacsony fogyasztás alatt? Mi az a jellemző napi energiafogyasztás érték kWh-ban megadva, amely maximálisan elfogadható? Kérjük, a kért érték konkretizálását!

**Válasz:** 20 kW/nap vagy kedvezőbb fogyasztás. Ajánlatkérő az erre vonatkozó előírással kiegészíti a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötetét.

## **25. részajánlati kör: 1 db felültöltős autokláv 48 literes**

9. A műszaki leírásban az alábbi követelmény szerepel:

- Teljesítmény 2,8 kW

Kérdésünk, hogy elfogadható-e olyan készülék, amely 2.0 kW teljesítmény értékkel biztosítja a specifikációban előírt sterilizálási funkciókat?

**Válasz:** Az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelő eszköz vagy azzal egyenértékű megajánlás fogadható el.

Szeged, 2018. május 03.

**Tisztelettel:**

Ajánlatkérő megbízásából eljárva

Dr. Hegyes Péter  
ügyvezető  
KÖKI-Innováció Kft.