



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 2

Melléklet: részletes telepítési műszaki rajzok,
módosított műszaki specifikáció

Tisztelt Érdekelte Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Szegedi Tudományegyetem 1/Ny/2017/SZTE számú, **Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.3-15-2016-00010 keretében** üüópoajánlatkérő válaszáiról.

1. Kérdés: 3. rész – Héliumvisszanyerő berendezéssel kapcsolatban

a) Kérjük, hogy szíveskedjenek részletes telepítési-műszaki rajzot küldeni a rendelkezésre álló feltételekről, pontos méretezésekkel. **A helyszíni bejárásn megtekintett, az Ajánlattevő által telepítésre javasolt helyet semmiképpen sem javasoljuk a héliumgyűjtő ballon elhelyezésére.**

Válasz: A részletes telepítési műszaki rajzot mellékletként csatoljuk a dokumentációhoz.

b) Kérjük szíves megerősítésüket, hogy az Ajánlattevő által kért dokumentumok esetében elfogadják a gyártó által kibocsátott hivatalos dokumentumokat, minőségi tanúsítványokat a szállításkor, a Szállító felelős magyar fordításával.

Válasz: Az Ajánlatkérő által kért dokumentáció (CE megfelelés, nyomástartó edénynek minősülő eszközök gyártási és minősítési bizonyítványa, érintésvédelmi megfelelés, szigetelések megfelelősége, stb.) elfogadható, ha a Szállító a gyártó által kibocsátott hivatalos dokumentumokat, minőségi tanúsítványokat a szállításkor, a Szállító felelős magyar fordításával átadja. A teljeskörű használati utasítást és műszaki leírást angol vagy magyar nyelven azonban valamennyi rész tekintetében már az ajánlathoz csatolni szükséges.

c) Jól értelmezzük, hogy tekintettel arra, hogy a kért készülékeket egyik rész vonatkozásában sem humán diagnosztikához, illetve ivóvíz-ellátáshoz kérték, ezek nem regisztrációkötelesek, így az OTH-regisztrációs szám irreleváns?

Válasz: Igen, a beszerezni kívánt készülékek nem humán diagnosztikához, illetve ivóvíz-ellátáshoz kerülnek felhasználásra, így a regisztrációs szám irreleváns.

d) Kérjük megerősíteni, hogy a nyertes Ajánlattevő által kért közmű-kiépítési és épülettechnikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja a telepítéshez.

Válasz: Az ajánlattevő a szállítás megkezdése előtt a kívánt épülettechnikai feltételeket teljesíti, megfelelő közmű-csatlakozási pontokat alakít ki saját költségén. A csatlakozási pontokra történő szakszerű (érintésvédelem, biztonsági előírások, stb.) rákötés a nyertes feladata.

e) Tehető-e opcionálisan ajánlat (elkülönítve, tételes árazott költségvetésként, üzleti titok megjelöléssel) kiegészítőkre?

Válasz: Nem, tekintettel arra, hogy az a beszerzés tárgyát nem képezi.

2. Kérdés: 4. rész – He cseppfolyósító berendezéssel kapcsolatban

a) Jól értelmezzük-e a kiírást, hogy ennél a tételnél a léghűtéses megoldás a minimum követelmény, de a műszakilag előnyösebb vízűtést is elfogadja Ajánlatkérő?

Válasz: A minimumkövetelmény a léghűtés megoldás, a műszaki specifikáció egyértelműen fogalmaz.



b) Kérjük, hogy szíveskedjenek részletes telepítési-műszaki rajzot küldeni a rendelkezésre álló feltételekről, pontos méretezésekkel.

Válasz: A részletes telepítési műszaki rajzot mellékletként csatoljuk a dokumentációhoz.

c) Kérjük szíves megerősítésüket, hogy az Ajánlattevő által kért dokumentumok esetében elfogadják a gyártó által kibocsátott hivatalos dokumentumokat, minőségi tanúsítványokat a szállításkor, a Szállító felelős magyar fordításával.

Válasz: Az Ajánlatkérő által kért dokumentáció (CE megfelelés, nyomástartó edénynek minősülő eszközök gyártási és minősítési bizonyítványa, érintésvédelmi megfelelés, szigetelések megfelelősége, stb.) elfogadható, ha a Szállító a gyártó által kibocsátott hivatalos dokumentumokat, minőségi tanúsítványokat a szállításkor, a Szállító felelős magyar fordításával átadja. A teljeskörű használati utasítást és műszaki leírást angol vagy magyar nyelven azonban valamennyi rész tekintetében már az ajánlathoz csatolni szükséges.

d) Jól értelmezzük, hogy tekintettel arra, hogy a kért készülékeket egyik rész vonatkozásában sem humán diagnosztikához, illetve ivóvíz-ellátáshoz kérték, ezek nem regisztrációkötelesek, így az OTH-regisztrációs szám irreleváns?

Válasz: Igen, a beszerezni kívánt készülékek nem humán diagnosztikához, illetve ivóvíz-ellátáshoz kerülnek felhasználásra, így a regisztrációs szám irreleváns.

e) Kérjük megerősíteni, hogy a nyertes Ajánlattevő által kért közmű-kiépítési és épülettechnikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja a telepítéshez.

Válasz: Az ajánlattevő a szállítás megkezdése előtt a kívánt épülettechnikai feltételeket teljesíti, megfelelő közmű-csatlakozási pontokat alakít ki saját költségén. A csatlakozási pontokra történő szakszerű (érintésvédelem, biztonsági előírások, stb.) rákötés a nyertes feladata.

f) Tehető-e opcionálisan ajánlat (elkülönítve, tételes árazott költségvetésként, üzleti titok megjelöléssel) kiegészítőkre?

Válasz: Nem, tekintettel arra, hogy az a beszerzés tárgyát nem képezi.

3. Kérdés:

Tekintettel arra, hogy a 3. rész (Héliumvisszanyerő berendezés) és a 4. rész He-cseppfolyósító berendezés egymással összefüggésben alkalmazható rendszerek, és az előbbire max. 6 hónap, az utóbbira max. 3 hónap szállítási határidőt kértek, elfogadható lenne-e Ajánlatkérő számára, mindkét berendezés esetén a max. 6 hónap szállítási idő.

Válasz: Nem, Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a lehető legrövidebb időn belüli teljesítéshez. A heliumvisszanyerő berendezés határidejét az új NMR telepítéséhez rögzítettük, de ez korábban is megoldható ha vállalják az új készülék rendszerhez való csatlakoztatását az NMR telepítése után.

4. Kérdés: 5. rész - Nitrogén cseppfolyósító berendezéssel kapcsolatban

a) Kérjük, hogy szíveskedjenek részletes telepítési-műszaki rajzot küldeni a rendelkezésre álló feltételekről, pontos méretezésekkel.

Válasz: A részletes telepítési műszaki rajzot mellékletként csatoljuk a dokumentációhoz.

b) Kérjük szíves megerősítésüket, hogy az Ajánlattevő által kért dokumentumok esetében elfogadják a gyártó által kibocsátott hivatalos dokumentumokat, minőségi tanúsítványokat a szállításkor, a Szállító felelős magyar fordításával.

Válasz: Az Ajánlatkérő által kért dokumentáció (CE megfelelés, nyomástartó edénynek minősülő eszközök gyártási és minősítési bizonyítványa, érintésvédelmi megfelelés, szigetelések megfelelősége, stb.) elfogadható, ha a Szállító a gyártó által kibocsátott hivatalos dokumentumokat, minőségi tanúsítványokat a szállításkor, a Szállító felelős magyar fordításával átadja. A teljeskörű használati utasítást és műszaki leírást angol vagy magyar nyelven azonban valamennyi rész tekintetében már az ajánlathoz csatolni szükséges.

c) Jól értelmezzük, hogy tekintettel arra, hogy a kért készülékeket egyik rész vonatkozásában sem humán diagnosztikához, illetve ivóvíz-ellátáshoz kérték, ezek nem regisztrációkötelesek, így az OTH-regisztrációs szám irreleváns?

Válasz: Igen, a beszerezni kívánt készülékek nem humán diagnosztikához, illetve ivóvíz-ellátáshoz kerülnek felhasználásra, így a regisztrációs szám irreleváns.

d) Kérjük megerősíteni, hogy a nyertes Ajánlattevő által kért közmű-kiépítési és épülettechnikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja a telepítéshez.

Válasz: Az ajánlattevő a szállítás megkezdése előtt a kívánt épülettechnikai feltételeket teljesíti, megfelelő közmű-csatlakozási pontokat alakít ki saját költségén. A csatlakozási pontokra történő szakszerű (érintésvédelem, biztonsági előírások, stb.) rákötés a nyertes feladata.

e) Tehető-e opcionálisan ajánlat (elkülönítve, tételes árazott költségvetésként, üzleti titok megjelöléssel) kiegészítőkre?

Válasz: Nem, tekintettel arra, hogy az a beszerzés tárgyát nem képezi.

5. Kérdés:

A fenti eljáráshoz tartozó **közbeszerzési dokumentum II.11.4. Az ajánlatok értékelése** részben az alábbiak olvashatóak:

„Azon részszerzőpontok esetében, ahol előny a kisebb, a fordított arányosítás elve: $P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa P_{min}: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján a legalacsonyabb megajánlott értéket tekinti a legkedvezőbbnek, amely a 10 pontot kapja (P_{max}), s a legmagasabb megajánlott érték kapja az 1 pontot (P_{min}), a többi ajánlatban szereplő megajánlott érték a P_{max} és P_{min} érték közötti arányosítási módszer alkalmazásával kerülnek megállapításra.”

Véleményünk szerint a két bekezdés ellentmond egymásnak. Kérjük, egyértelműsítsék, hogy amennyiben „A vizsgált” érték eltér a legalacsonyabb megajánlott értéktől, akkor „A vizsgált érték” pontszámának meghatározásánál a fordított arányosítás elvét veszik-e alapul (idézet első bekezdés), vagy „A vizsgált érték” abszolút értékét (idézet második bekezdés), amennyiben az a megajánlott értékek közül a legmagasabb.

Ez utóbbi megoldás, két ajánlattevő esetén ugyanis azt az ellentmondásos helyzetet teremtené, hogy egyetlen forint különbség miatt a kedvezőbb ajánlatot tevő pályázó 10 pontot, míg az egy forinttal drágább 1 pontot kap, és ez a műszaki versenyt kizárja.

Például 1.000.000 és 999.999 forintos ajánlatok esetén az első bekezdés szerinti értelmezésben 9,99 pont és 10 pont lenne az értékelés eredménye, míg a második bekezdés szerinti értelmezésben 1 pont és 10 pont.

Ez, figyelembe véve a súlyszámokat, a műszaki versenyt gyakorlatilag és elméletileg is kizárja.

Kérjük szíves állásfoglalásukat.

Válasz: Ajánlatkérő a fordított arányosítás alkalmazása során $P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$ képlet alkalmazásával számol. Azon értékelési szempontok esetén, ahol min. és max. érték is meg lett határozva, ott érvényesül az, hogy legkedvezőbb érték 10 pontot, a legkedvezőtlenebb érték pedig 1 pontot kap, a köztük lévő értékek pedig arányosításra kerülnek.

6. Kérdés: 2. rész – 500 MHz-es NMR spektrométer Kriogén LN2-vel hűtött elektronikájú szélessávú mérőfejjel, temperálható mintacserélővel kapcsolatban

Az eljárás 2. részajánlati körében a mágnessel kapcsolatos minimumkövetelmények között említi az ajánlati dokumentáció a hosszú töltési idejű dewar edényt.

Kérjük, erősítsék meg, hogy a minimum követelmény hosszú tartási időre vonatkozik.

Válasz: Igen a minimum követelmények hosszú tartási időre vonatkozik.

7. Kérdés: 2. rész – 500 MHz-es NMR spektrométer Kriogén LN2-vel hűtött elektronikájú szélessávú mérőfejjel, temperálható mintacserélővel kapcsolatban

Az eljárás 2. részajánlati köre a „spektrum minősége” szakaszának oldószerelnyomásra vonatkozó követelményei között szacharóz érzékenységre 750:1 minimális érzékenységet jelöl meg a dokumentáció. A szakmai gyakorlatban ez az érték irreális, szobahőmérsékletű fejek esetében ~200:1, hűtött fejek esetében ~250:1 a szokásos érték.

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy valóban a megadott 750:1 érzékenységi érték-e a minimum elvárás.

Válasz: A „spektrum minősége” szakaszban az általunk megadott minimum érzékenységek a kriogén LN2 hűtött elektronikájú mérőfejre vonatkoznak. A szacharóz estében valóban elírás történt 250:1 a valós elvárás. A szobahőmérsékletű fej esetén is kérjük tüntessék fel az adatokat, a megadott minimum feltételek figyelembe vétele nélkül.

Megjegyzés:

1. Az OTH- regisztrációs szám jelen pályázat minden részajánlati köre esetén irreleváns.
2. Jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatolásra kerül a feltett kérdések alapján módosított műszaki leírás.
3. A műszaki specifikáció xls dokumentumának összefoglaló füle dokumentációs hiba miatt a részajánlati köröket fordított sorrendben tartalmazza:

	menyiség	nettó egységár (Ft/db)	nettó összár (Ft)	ÁFA (%)
1. részajánlati kör: N2 cseppfolyósító	1 db			
2. részajánlati kör: He cseppfolyósító	1 db			
3. részajánlati kör: He visszanyerő	1 db			
4. részajánlati kör: NMR	1 db			
5. részajánlati kör: mikro CT	1 db			
Összesen nettó:			0 Ft	

Helyesen:

	menyiség	nettó egységár (Ft/db)	nettó összár (Ft)	ÁFA (%)
1. részajánlati kör: mikro CT	1 db			
2. részajánlati kör: NMR	1 db			
3. részajánlati kör: He visszanyerő	1 db			
4. részajánlati kör: He cseppfolyósító	1 db			
5. részajánlati kör: N2 cseppfolyósító	1 db			
Összesen nettó:			0 Ft	

Szeged, 2017. február 7.

Tisztelettel:


.....

Ajánlatkérő képviselője
dr. Molnár Mirtill
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477