



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS  
**SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM**  
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság  
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a Szegedi Tudományegyetem 8/Ny/2017/SZTE számú, *Traumatológiai implantátumok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére* tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

**1. Kérdés:**

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy valamennyi részajánlati körben szíveskedjenek pontosítani a beültető készlet tartalmára vonatkozó előírást (milyen eszközökből álljon a lemérendő egység), tekintettel arra, hogy az alaptálcák "felszereltsége" ajánlattevőnként változhat, ebből fakadóan a súlyuk is eltérő lehet, ezáltal nem egyértelműen összehasonlíthatóak és ez torzíthatja az értékelés során adott pontszámokat.

**Válasz: Valamennyi részajánlati körben az adott implantátum beültetéséhez szükséges instrumentáriumok teljes téra a tároló dobozzal együtt lemérve.**

**A pontos tartalomról a cégek katalógusában szereplő instrumentárium tartalom ad iránymutatást. Hangsúlyozzuk, hogy ezek nem alaptálcák, hanem a beültetéshez szükséges implantátum specifikus eszközök.**

**2. Kérdés:**

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a megfelelő ajánlattétel, valamint az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében valamennyi részajánlati körben szíveskedjenek megadni, hogy a nettó egységár kalkulációjánál pontosan hány darab implantátummal (pl.: lemez, csavar) számoljunk, figyelembe véve, hogy adott esetben egy műtét során elegendő lehet egy lemez és 6 db csavar használata, máskor pedig szükség van 8-10 csavarra a lemez megfelelő rögzítéséhez.

**Válasz: Ajánlatkérő darabár megadását kéri Ajánlattevőtől (a műtétenkénti ár kihúzásra került.). A darabár meghatározásánál a Gauss görbe közepét adja meg a nettó egységárnak. A Gauss görbe közepének a gyakorlatban az adott termékhez kapcsolódóan leggyakrabban használt áru értéke tartozik.**

**3. Kérdés:**

A 32. részajánlati kör 32.1. tételsorában a szakmai előírás szerint a drótok" 0,8; 1,0; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0" mm átmérővel kerültek meghatározásra, kérjük a T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon, elfogadja-e funkcionálisan egyenértékű termék megajánlását 1,25 mm átmérő helyett 1,2 mm átmérő megajánlásával.

**Válasz: Elfogadható, a műszaki leírás kiegészítésre került az 1,2 mm átmérővel.**

**4. Kérdés:**

A 30. részajánlati kör „Csavarok” tételsorában az alábbi szakmai előírás került meghatározásra:

„Corticalis csavarok 4,5 mm átmérőben 14-90 mm hosszúságban, 4,5 mm átmérőjű shaft csavarok 26-100 mm hosszúságban.”

„Corticalis csavar 3,5 mm átmérőjű, 10-110 mm hosszúságú. 3,5 mm átmérőjű shaft csavar 12-50 mm hosszúságban”

Kérjük a T. Ajánlatkérőt szíveskedjen pontosítani, hogy a shaft csavar meghatározás alatt a csavar-menet kialakításra, menethosszra utal?

**Válasz: A csavar- menet kialakítására utal, ahol a menet nélküli rész átmérője megegyezik a menetes rész legnagyobb átmérőjével. A menethosszat nem határoztuk meg, csak a teljes csavar hosszat.**



### 5.Kérdés:

**Szerződéstervezet:** II. 1.1. A kiszállított implantátumokat mozgatható tároló egységen szükséges biztosítani steril termékek esetén. Kérjük tisztelt Ajánlatkérő bővebb tájékoztatását a mozgatható tároló egységre vonatkozóan? Milyen elvárásoknak kell e tekintetben Eladónak megfelelni?

**Válasz:** Az egyes sterilen szállított implantátumokhoz tartozó egységeknek a raktár és a műtő közötti mozgathatóságához szükséges a mozgatható tároló egység, mely rozsdamentes, fékezhető kerekekkel ellátott implantátum bokszt.

**Méret egyeztetés az adott nyertes céggel. A pontosítással a műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet is kiegészítésre került.**

### 6. Kérdés:

**Szerződéstervezet:** III. 3. Vevő a vételárat az e pontban jelöltek szerint 60 napon belül fizeti ki. Az ajánlati felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban tisztelt Ajánlatkérő 30 napos fizetési határidőt jelölt.

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőtől az ellentmondás feloldását.

**Válasz:** A Vevő a vételárat 30 napon belül fizeti ki, mint ahogy az ajánlati felhívásban is szerepel, a szerződéstervezetben elírás történt.

### 7. Kérdés:

**Szerződéstervezet:** XI. SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSÉNEK ESETEI

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, mérlegelje, hogy ebben a pontban az alábbi, szerződés megszűnésére, felmondására vonatkozó pontot is szerepelteti. "Eladó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, ha a vevő 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik."

**Válasz:** Ajánlatkérő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155 § rendelkezése az irányadó, mely az Ajánlati felhívás III.2.2. pontjában is megjelölésre került.

Szeged, 2017. április 06.

Tisztelettel:

*Dr. Nagy Paulina*  
Dr. Nagy Paulina  
beszerzési és szolgáltatási irodavezető



Ellenjegyezte:

*Dr. Molnár Mirtill*  
Dr. Molnár Mirtill, PAKSZ  
közbiztonsági szakértő  
Lajstromszám: 00477