



Tárgy: 2. sz. kiegészítő tájékoztatás és 2 .sz. módosítás

A Szegedi Tudományegyetem 21/Ny/2017/SZTE számú „Regeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére tárgyú közbeszerzési eljárásban” tárgyú közbeszerzési eljárásban feltett kérdések válaszai részünkről:

1. Kérdés: A 3. részajánlati körben a Real-Time PCR készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a maximális melegítési sebességnél (4 – 8°C/másodperc) és a maximális hűtési sebességnél (2 – 8°C/másodperc) előnyként az alacsonyabb hőmérsékletet értékeli. Ez azt feltételezi, hogy a lassabb készülék a jobb. Kérjük az Ajánlattevőt, oldja fel ezt a félreértést.
Válasz: A kiírásban adminisztrációs elírás történt, a maximális melegítési-, és hűtési sebességnél a magasabb hőmérséklet (a készülék nagyobb sebessége) az előny. A közbeszerzési dokumentumok ennek megfelelően módosításra kerültek.
2. Kérdés: A 3. részajánlati körben a Real-Time PCR készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a mérési sebességet így határozza meg: „Mérés sebesség 96 lyukú lemeznél max. +A20:A326 másodperc, függetlenül a színek számától”. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy pontosítsa a megadott műszaki paramétert.
Válasz: Az elvárt sebesség a Real-Time PCR készülékre vonatkozóan legalább 6 másodperc, vagy annál alacsonyabb, 96-lyukú plate esetén, függetlenül a színek/csatornák számától. A műszaki leírás ennek megfelelően módosításra került.
3. Kérdés: A 3. részajánlati körben a Real-Time PCR készülékre vonatkozóan, elfogadja-e az Ajánlatkérő a 5-80 µl mintatérfogatot?
Válasz: Elfogadjuk a 5-80 µl térfogattartományt, a műszaki leírás módosításra került.
4. Kérdés: A 3. részajánlati körben a Real-Time PCR készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a következő minimumkövetelményt támaszt: „Maximális filterszám: 12”. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy pontosítson, a maximális filterszám a készülék filterkerékére vonatkozik-e, vagy az összesen elérhető filterek számára.
Válasz: A maximális filterszám az elérhető filterekre vonatkozik, a készülékbe egyszerre minimum 6 db filter elhelyezhetősége az elvárás.
5. Kérdés: A 3. részajánlati körben az UV/Vis spektrofotométer készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a következő minimumkövetelményt támaszt: „dsDNS detekciós tartomány: 5 ng/µl - 7500 ng/µl”. Elfogadja-e az Ajánlatkérő, ha a készülék maximum 3700 ng/µl koncentrációjú dsDNS-t mér?
Válasz: Ragaszkodunk a megadott detekciós tartományhoz, nem áll módunkban elfogadni a max. 3700 ng/µl koncentrációjú dsDNS-t mérő műszert, mert tapasztalataink alapján a mintáinkban gyakran előfordul magasabb koncentráció is.
6. Kérdés: A 4. részajánlati körben a Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a következő minimumkövetelményt támaszt: „Külső méret szél. x mag. x mély. (mm) 680 x 819 x 815”. Elfogadja-e az Ajánlatkérő az olyan készüléket is, amely magasságban nagyobb, mélységben, azonban kisebb az elvártnál, pontosan: 680 x 920 x 717 mm?
Válasz: Laboratórium kialakítása miatt szükség van kompakt és kisméretű készülékekre, azonban elfogadjuk minden készüléket, amely a következő méreteknél kisebb: 700 x 1000 x 850 mm. Ennek megfelelően a műszaki leírás módosításra került.
7. Kérdés: A 4. részajánlati körben a Biztonsági fülke (Steril fülke), 1,2 munkafelülettel, UV lámpával, 2 elektromos csatlakozással, tartóállvánnyal készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a következő minimumkövetelményt támaszt: „EN12469 TÜV minőségbiztosított fülke”. Ragaszkodik-e az ajánlatkérő a TÜV minősítéshez, vagy elegendő az EN12469 megfelelő készülék?



Válasz: Elegendő az EN12469 minősített fulfilke, függetlenül a minősítést végző auditor cégtől. A műszaki leírás módosításra került.

8. Kérdés: A 4. részajánlati körben a Kis térfogatú centrifuga készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a következő minimumkövetelményt támaszt: „Max RCF: 21380 xg”. Elfogadja-e az Ajánlatkérő az ennél 5%-kal kisebb maximum RCF értékkel rendelkező centrifugákat is?

Válasz: A kis térfogatú centrifugánál nem áll módunkban elfogadni az 5% eltérést a kiíráshoz képest, de elfogadunk minden készüléket, amely max. RCF értéke nagyobb 21 000 xg-nél. A műszaki leírás módosításra került.

9. Kérdés: A 4. részajánlati körben a 110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 db tárolódobozzal készülékre vonatkozóan, az Ajánlatkérő a következő minimumkövetelményt támaszt: „Súly üresen: max. 50 kg”. Elfogadja-e az Ajánlatkérő olyan műszert, amely súlya üresen 57 kg?

Válasz: Laboratórium kialakítása miatt szükség van kompakt és könnyű készülékekre, azonban elfogadunk minden készüléket, amely üresen 60 kg alatti súlyú, amennyiben ettől nem változik a súlya tele folyékony fázissal. A műszaki leírás módosításra került.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy tekintettel a kiegészítő tájékoztatásra módosító hirdetmény, korrigendum került feladásra, melynek száma: KÉ-14947/2017.

A korrigendum megjelenéséről minden érintett gazdasági szereplőt egyidejűleg tájékoztatunk a módosított közbeszerzési dokumentumok megküldésével.

A módosításokra tekintettel az ajánlattételi határidő **2017. 10. 27. 10:00** órára módosul.

A módosítással érintett részek az alábbiak:

Ajánlati felhívás:

- A 3. rész tekintetében a II.2.5) (értékelési szempontok) pontban a minőségi kritériumok alatt megfogalmazott értékelési szempontok
- A IV.2.2) és IV.2.7) pont

Közbeszerzési dokumentum:

- A KD részét képező műszaki leírás a 3. és 4. rész tekintetében
- II.11.4. pontja alatt ismertetett, 3. részre vonatkozó értékelési szempont
- Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklete, Felolvasólap 3. részében meghatározott értékelési szempont

Szeged, 2017. 10. 11.


Ajánlatkérő képviselője
dr. Molnár Mirtill
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477