



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 23/E2018/SZTE számú, „**Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00074 projekt keretében**” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

A kérdések a közbeszerzési eljárás műszaki leírásának **5. részajánlati körét** (1db Spektrum analizátor) érintik:

1. Kérdés:

Spektrális felbontás: legfeljebb 8 GHz

Kérdés: Milyen közép hullámhosszon mérve? A (.....)* a felbontást nm-ben specifikálja, a sáv szélesség konverzióhoz ismernünk kell a közép hullámhosszat.

***Mivel a kiegészítő tájékoztatás kérés gyártó specifikus információkat tartalmazott, amely alapján beazonosítható lenne a kérdező, így már a kérdést is csak kivonatos formában tesszük közzé. A konkrét gyártóra vonatkozó megjelölést nem hivatkozzuk.**

Válasz:

Az elvárt legfeljebb 8 GHz-es érték a teljes hullámhossz tartományon értendő, azaz 600 nm és 1700 nm között mindenhol teljesülnie kell.

2. Kérdés:

Hullámhossz mérési felbontás: legfeljebb 0,2 ppm

Kérdés: Bizonyos, hogy itt a FELBONTÁS a kérdés és nem a PONTOSSÁG? Rendszerint a hullámhossz PONTOSSÁG mérés van ppm-ben megadva.

Válasz:

Az eszköz tervezett használata során Ajánlatkérő további adatfeldolgozásnak veti alá a kapott jelet, és ebben az esetben a felbontás értéke, ami a végeredmény szempontjából Ajánlatkérő számára fontosabb, a pontosság értékével szemben. A mértékegységet illetően mindkét egység használatos a szakirodalomban. Egyik mértékegység a másikból könnyen számolható. Ajánlatkérő számára a ppm érték több információval bír, mintha nm-ben lenne megadva.

Szeged, 2018. április 21.

Ellenjegyezte:



dr. Zsinger Marianna, FAKSZ

dr. ZSINGOR MARIANNA

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

Eljárás azonosító: 01006

