



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 3,
ill. tájékoztatás AF és KD módosításról

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 23/E/2018/SZTE számú, „**Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00074 projekt keretében**” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszárol.

A kérdés a közbeszerzési eljárás műszaki leírás **6. részajánlati körének 2. tételét (Teljesítménymérő fej 10 kW lézerteljesítmény méréséhez)** érinti:

Kérdés:

Elfogadható lenne-e Ajánlatkérő számára olyan berendezés, amelynek felfutási ideje 9 s az elvárt legfeljebb 8 s válaszüdő helyett, amennyiben a termék minden más műszaki paraméternek maradéktalanul megfelel?

Válasz:

Igen, elfogadható, amennyiben a termék minden más műszaki paraméternek maradéktalanul megfelel.

Tájékoztatás a Közbeszerzési dokumentum és az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról:

A kérdésre adott válasza tekintettel Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési eljárás **Szakmai ajánlat (műszaki specifikáció) 6. részajánlati kör 2. tétel (Teljesítménymérő fej 10 kW lézerteljesítmény méréséhez) minimum követelményeit.**

A *Módosított Szakmai ajánlatot (műszaki specifikáció)* jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoljuk, piros színnel jelölve a módosítással érintett részt.

A Szakmai ajánlat (műszaki specifikáció) módosítására tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az 52. § (5) bekezdése szerinti mértékben meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

Az új ajánlattételi határidő: 2018. május 4. 12 óra

Az Ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési dokumentum és szakmai ajánlat (műszaki specifikáció) módosítással érintett részei:

- AF XVIII. és XX. pontjai (ajánlattételi határidő),
- AF XXVI. pontja (módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja),
- KD I.11. pontja (ajánlat benyújtásának ideje)
- Szakmai ajánlat (műszaki specifikáció): 6. részajánlati kör 2. tetele (Teljesítménymérő fej 10 kW lézerteljesítmény méréséhez): *válaszüdő* minimum követelmény

A *Módosított Ajánlattételi felhívást és Módosított Közbeszerzési dokumentumot* jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoljuk, piros színnel jelölve a módosítással érintett részeket; továbbá Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentumokat közzéteszi honlapján (www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek), a megküldéssel egyidejűleg.



Az Ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési dokumentum és Szakmai ajánlat (műszaki specifikáció) módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal irányadóak!

Kérem, hogy ajánlatukat a módosításra tekintettel legyenek szívesek megtenni!

Szeged, 2018. április 26.

Ellenjegyezte:

.....
dr. Zsingor Marianna

dr. Zsingor Marianna, FAKSZ

dr. ZSINGOR MARIANNA
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 01006