



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszzerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 4

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 23/E/2018/SZTE számú, „**Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00074 projekt keretében**” tárgyban kiírt közbeszzerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

A kérdés a közbeszzerzési eljárás műszaki leírás **3. részajánlati körét** (1db 4-csatornás jelgenerátor) érinti:

1. Kérdés:

Elfogadható lenne Ajánlatkérő számára olyan berendezés, amelynek Frekvencia tartomány felső határa 10 MHz a kívánt legalább 20 MHz helyett, amennyiben a termék minden más műszaki paraméternek mindenben megfelel?

Válasz:

Nem fogadható el, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő olyan kísérleteket is tervez, ahol szükség van a legalább 20 MHz-es frekvenciára.

2. Kérdés:

A javasolt készülékben alapkiépítésben elérhető USB és RS-232 interfész fajták mellett lehetőség van opcionális Ethernet és GPIB interfész beépítésére is.

Fontos lehet-e az Ajánlatkérő számára, ha ezek az interfész fajták is beépítésre kerüljenek és részét képezzék a készülékre adandó ajánlati árak?

Válasz:

Nem, tekintettel arra, hogy az USB és RS-232 interfész fajták elégségesek a tervezett alkalmazásoknál.

Szeged, 2018. május 2.

Ellenjegyezte:


dr. Zsingor Marianna, FAKSZ

dr. ZSINGOR MARIANNA
felelős akkreditált
közbeszzerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 01006

