

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 2.

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 3/Ny/2018/SZTE számú „**Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00035 sz. projekt keretében**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

1. Kérdés: 1. rész esteében: A műszaki leírás minimum paraméterei között szerepel az alábbi tétel: - *Z motor lépés max. 25 μ m*. Véleményünk szerint a fenti paramétert nm-ben kell megadni. Kérjük a műszaki leírás minimum paramétereit eszerint javítani szíveskedjenek, illetve a Felolvasólapot is.

Válasz: Igen, a helyes mértékegység a nm. Ajánlatkérő a mai napon kezdeményezi a felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok megfelelő módosítását.

Szeged, 2018. március 06.

Dr. Hegyes Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó