



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 3

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Szegedi Tudományegyetem 39/Ny/2017/SZTE számú, **Eszközbizterzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.3-15-2016-00035 sz. projekt keretében** kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszaról.

Kérdés: 8. ajánlati rész tekintetében (Energiadiszerzív röntgen analizátor)

A közbeszerzési ismertetése címszó alatt a következő szerepel:

„Az ajánlat tartalmazza a készülék, valamint a kapcsolódó szoftver(ek) telepítését és helyszíni beüzemelését, és a rendszer tesztelését próbamérésekkel.”

Kérdésünk, hogy a rendszer tesztelése próbamérésekkel a teljes integrált rendszerre (képalkotás és energiadiszerzív röntgen spektroszkópia) vonatkozzon?

Válasz:

Igen. A beépítés következtében a FEI TECNAI G2 20 X-TWIN elektronmikroszkóp képalkotási és egyéb üzemi paraméterei nem változhatnak hátrányosan. Az elektronmikroszkóp folyamatos, megfelelő működésének biztonságáért nyertes ajánlattevő teljes anyagi felelősséget vállal a szerződés, illetőleg a Ptk. szabályai alapján. Erre tekintettel javasolt, hogy a készüléken csak olyan szakember végezzen az oszlop vagy a mintakamra bontásával járó munkát, aki ismeri a FEI transzmissziós elektronmikroszkópok vákuumrendszerét, és ezért a teljes integrált rendszer tesztelését és próbaméréseit önállóan el tudja végezni.

Szeged, 2018. február 02.

Tisztelettel
Dr. Hegyes Péter, FAKSZ

