



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

*Beszerezési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda*

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 1

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem **4/Ny/2018/SZTE** számú „**Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP 2.3.2-15-2016-00018 sz. projekt keretében**” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésről és az ajánlatkérő arra adott válaszáról az alábbiak szerint:

1./ Kérdés:

Rész száma: 1.

In Vivo Erősítőrendszer intraoperatív humán mérésekhez

Kiírás: „Minimum 16 bit felbontás, 25 μ V/bit feloldóképesség”

Kérjük visszajelzésüket, hogy elfogadják-e a 25 μ V/bit helyett jobb, például 10 μ V/bit vagy 5 μ V/bit-es feloldóképesség?

Válasz: A paraméterek előtti „minimum” kitétel azt jelenti, hogy mindkét paraméter esetén a kedvezőbb paraméterű megajánlás is lehetséges.

2./ Kérdés:

Kiírás: Harmadik lépés: Helyszíni asszisztencia egy páciensről való videofelvétel készítésében

Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értjük-e, hogy videofelvétel-készítés alatt neurális felvételkedzítést értenek?

Válasz: Igen.

Szeged, 2018. február 13.

Tisztelettel
Dr. Hegyes Péter, FAKSZ