

**Valamennyi Ajánlattevő
egyidejűleg**

Németh Krisztina
Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

nemeth.krisztina@electool.com

Dátum: 2018. április 5.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I.

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő a „GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

1. **Kérdés:** „Ajánlatkérő a „A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban” meghirdetett ajánlati felhívásában a 16. rész: Valós idejű PCR detektáló rendszer” műszaki leírása szerint olyan valós idejű PCR detektáló rendszert kíván beszerezni, amely esetében a detektálás fotodiódákkal történik.

Elfogad-e ajánlatkérő olyan valós idejű PCR rendszert, amelynél a detektálás CCD kamerával történik?”

Válasz: Igen, Ajánlatkérő elfogad olyan valós idejű PCR rendszert, amelynél a detektálás CCD kamerával történik, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében a CCD kamerával történő detektálás és a fotodiódával történő detektálás műszakilag egyenértékűnek tekintendő, amennyiben az megfelel a műszaki leírásban meghatározott további szempontoknak. E tekintetben felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a felhívás R) pont 28. alpontjában foglaltakra, miszerint „*műszakilag egyenértékű termék*” megajánlása esetén Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel (pl. de nem kizárólagosan gyártói nyilatkozattal, forgalmazói nyilatkozattal, termék gyártói adatlapjával, igazolással, tanúsítvánnyal) bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

2. **Kérdés:** „Ajánlatkérő a „A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban” meghirdetett ajánlati felhívásában a 16. rész: Valós idejű PCR detektáló rendszer” műszaki leírása szerint olyan valós idejű PCR detektáló rendszert kíván beszerezni, amelynél a gerjesztés minimális hullámhossza 450 nm.

Elfogad-e ajánlatkérő olyan valós idejű PCR rendszert, amelynél a gerjesztés minimális hullámhossztartománya 455-485 nm (a gerjesztési csatorna lefedettsége 30 nm)?

Válasz: Igen, Ajánlatkérő elfogad olyan valós idejű PCR rendszert, amelynél a gerjesztési minimum 455 nm, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében a az műszakilag egyenértékűnek tekintendő 450 nm-es gerjesztési minimummal, amennyiben az megfelel a műszaki leírásban meghatározott további szempontoknak. E tekintetben felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a felhívás R) pont 28. alpontjában foglaltakra, miszerint „*műszakilag egyenértékű termék*” megajánlása esetén Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről

az ajánlatában nyilatkoznia kell, és megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel (pl. de nem kizárólagosan gyártói nyilatkozattal, forgalmazói nyilatkozattal, termék gyártói adatlapjával, igazolással, tanúsítvánnyal) bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

Tájékoztatom, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás – a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, *a regisztrációs adatok megkérésének kivételével* – korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető az alábbi linken: www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek.

Kérem a jelen levelem kézhezvételének a nemeth.krisztina@electool.com e-mail címre történő **vi**sszaigazolását, amelyet ezúton is köszönök!

Tisztelettel:



Németh Krisztina
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00210