

**Valamennyi Ajánlattevő  
egyidejűleg**

Németh Krisztina  
Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

[nemeth.krisztina@electool.com](mailto:nemeth.krisztina@electool.com)

Dátum: 2018. április 6.

**Tárgy:** Kiegészítő tájékoztatás II.

**Tisztelt Ajánlattevő!**

A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő a „**GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

A válaszokkal kapcsolatban általánosságban **felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a felhívás R) pont 28. alpontjában foglaltakra**, miszerint „*műszakilag egyenértékű termék*” megajánlása esetén Ajánlattevőnek a műszaki leírásban **meghatározott** gyártmányú, eredetű, **típusú dologtól való eltérésről** az ajánlatában nyilatkoznia kell, és megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel (pl. de nem kizárólagosan gyártói nyilatkozattal, forgalmazói nyilatkozattal, termék gyártói adatlapjával, igazolással, tanúsítvánnyal) bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

**1. Kérdés:** „5. rész *Analitikai mérleg esetében*

*A Méréstartomány: 101 g - Elfogadható a 120 g mérésstartomány a kiírt helyett?*

*B. Felbontás / „d”/ 1, 00001 g - Elfogadható a 0, 0001 g a kiírt helyett?*

*C. Ismételhetség: 0, 00005 g - Elfogadható a 0,00015 a kiírt helyett?*

*D. Linearitás +/- 0,00015 g - Elfogadható a +/- 0,0002 a kiírt helyett?”*

**Válasz:** A, B, C, D: Igen, elfogadható, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében műszakilag egyenértékűnek tekinthető, amennyiben az megfelel a műszaki leírásban meghatározott további szempontoknak, amely kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a felhívás R) pont 28. alpontjában foglaltakra. Emellett a műszaki leírásban szereplő szempontoknál jobb, kedvezőbb paraméterekkel rendelkező eszköz megajánlása elfogadott.

**2. Kérdés:** „6. rész *Hettich MIKRO 220 R hűthető asztali mikrocentrifuga esetében*

*A. Hőmérséklet szabályozási tartomány: -20°C - +40°C - Elfogadható az alábbi hőmérsékleti tartomány? -10°C - +40°C*

*B. Max. rpm 18000 min-1 - Elfogadható a 15200 rpm?*

*C. Max RCF 31514 g - Elfogadható a 25830 x g?*

*D. Tartozékok esetében a megjelölt szögrotorok elvárt anyaga rozsdamentes acél. - Elfogadhatóak-e az alumíniumból készült szögrotorok?”*

**Válasz:** A: Igen, elfogadható, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében műszakilag egyenértékűnek tekinthető, amennyiben az megfelel a műszaki leírásban meghatározott további szempontoknak, amely kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a felhívás R) pont 28. alpontjában foglaltakra. Emellett a műszaki leírásban szereplő szempontoknál jobb, kedvezőbb paraméterekkel rendelkező eszköz megajánlása elfogadott.

B és C: Nem fogadható el, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében műszakilag nem tekinthető egyenértékűnek. Az ajánlatkérő által használt bizonyos molekuláris biológiai munkák során ezen magas fordulatszám a követelmény, ezért az eszköz ezen tulajdonsága elengedhetetlen.

D: Nem fogadható el, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében műszakilag nem tekinthető egyenértékűnek. A rozsdamentes acél felületű szögrotorokra a steril sejtbiológiai munkák során a könnyebb tisztíthatósága és tartósabb felhasználhatósága miatt Ajánlatkérő feltétlen igényt tart.

### **3. Kérdés:** „8. rész Mélyhűtő

*A specifikáció a következőket tartalmazza:*

*A. kérdés: rakodási szint: pontosan 5, azaz a belső polcok száma pontosan 4 db*

*belső hőszigetelt ajtók száma 5 db*

*Kérdésünk az, hogy elfogadható-e az alábbi konstrukció: 4 különálló hőszigetelt belső ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belső polccal.”*

**Válasz:** Nem fogadható el, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében műszakilag nem tekinthető egyenértékűnek. A beszerezni kívánt mélyhűtőt 5 végső felhasználó fogja használni, így a minták elválasztásához szükségünk van az 5 rakodási szinthez, amelyhez 5 különálló hőszigetelt belső ajtó tartozik, amely kulcsfontosságú az értékes biológiai minták megfelelő kategorizált tárolásához, ezen felül az érzékeny minták kivétele és betételekor kisebb mértékben vannak kitéve a hőingadozásnak, ezáltal hosszabb ideig tárolhatók és felhasználhatók. Mindezek alapján a 4 különálló hőszigetelt ajtó 3 db állítható rozsdamentes acél belső polccal nem fogadható el, Ajánlatkérő feltétlen igényt tart a kiírásnak megfelelő mélyhűtő megajánlására.

### **4. Kérdés:** „12. rész Classic Rocking Shaker (rázókeverő berendezés)

*A kiírásban a következő szerepel: „A készülék sebességtartománya pontosan 0-80 rpm” - Kérdésünk az, hogy elfogadható-e a 5-100 rpm-es tartomány?”*

**Válasz:** Igen, elfogadható, az elvárt funkcionalitásoknak való megfelelés tekintetében műszakilag egyenértékűnek tekinthető, amennyiben az megfelel a műszaki leírásban meghatározott további szempontoknak, amely kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a felhívás R) pont 28. alpontjában foglaltakra. Emellett a műszaki leírásban szereplő szempontoknál jobb, kedvezőbb paraméterekkel rendelkező eszköz megajánlása elfogadott.

Tájékoztatatom, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás – a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, *a regisztrációs adatok megkérésének kivételével* – korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető az alábbi linken: [www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek](http://www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek).

Kérem a jelen levelem kézhezvételének a [nemeth.krisztina@electool.com](mailto:nemeth.krisztina@electool.com) e-mail címre történő **visszaigazolását**, amelyet ezúton is köszönök!

Tisztelettel:



**Németh Krisztina**  
Felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
00210